

1

お一人でご利用時に 以下のような事故が発生しました

「ひじ掛けと背もたれのすき間に首をはさまれた重大事故が発生しました。」

2

倒れた勢いで
ひじ掛けと背もたれの
すき間に
首をはさまれた



1

ポータブルトイレから
ベッドに戻ろうとして
足を滑らせ
後方へ転倒した

※参考：公益財団法人
テクノイド協会福祉用具
ヒヤリ・ハット情報

ハガキ、FAXのご利用にあたっては、6ページをご覧ください。

(ハガキ キリトリ線)

郵便はがき

1358790

260

日本郵便株式会社 深川郵便局私書箱58号
ヤママトロジクス株式会社内

積水化学工業株式会社
ポータブルトイレ回収窓口 宛



ご連絡欄

(ハガキキリトリ線)

ハガキでのご返信

表紙に必要事項をご記入いただいた後、**青色の「ハガキキリトリ線」**で切り離して、ご返信ください。

FAXでお知らせ

表紙に必要事項をご記入いただいた後、**右側の赤色の「FAXキリトリ線」**で切り離して、FAX送信用紙としてご利用ください。

(FAXキリトリ線)

料金受取人私郵便

深川局
承認

8017

差出有効期間
令和3年
4月30日まで

切手不要